

上饶市广丰区中医院

医疗设备采购征询会公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对上饶市广丰区中医院设备更新改造财政贴息贷款项目中拟采购的除颤仪（预算价：13.5万元）和6道心电图（预算价：4.5万元）项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目技术参数需求

序号	品目	数量	主要技术指标（基本配置和功能要求）	备注
1	除颤监护仪	3	<p style="text-align: center;">除颤监护仪参数</p> <ol style="list-style-type: none">1、可适用于成人、小儿2、工作模式：具备手动除颤模式，同步复律模式和心电监护功能3、双相波除颤技术，最大能量≤ 360焦耳，≥ 14档能量可选4、充电到 200J≤ 6 秒5、显示屏：≥ 6.5 英寸6、显示波形通道：≥ 3 通道	

序号	品目	数量	主要技术指标（基本配置和功能要求）	备注
			<p>7、标配 ECG 监测</p> <p>8、共模抑制比：$\geq 100\text{dB}$</p> <p>9、设备状态检测功能</p> <p>10、具有基本检查操作功能</p> <p>11、具备自检状态指示功能</p> <p>12、具备自检功能</p> <p>13、除颤能量调节方式：采用旋钮式或按键式快速调节并具有内部放电功能。</p> <p>14、内置热敏打印机</p> <p>15、重量：$\leq 8\text{kg}$</p> <p>16、仪器仪表具有报警指示灯</p> <p>17、支持交流电源 100V 至 240V，电源频率：50Hz 或 60Hz</p> <p>18、具备良好的抗振，防冲击能力，符合救护车使用条件</p>	
2	心电图	3	<p style="text-align: center;">心电图机招标参数</p> <p>1、ECG 输入通道：标准 12 导联心电图信号同步采集</p>	

序号	品目	数量	主要技术指标（基本配置和功能要求）	备注
			<p>2、≥5.6英寸彩色液晶触摸屏</p> <p>3、机器自带便携式把手设计</p> <p>4、具备心电报告屏幕预览功能</p> <p>5、耐极化电压：≥±300mV</p> <p>6、频率响应：≥（0.05Hz-150Hz）</p> <p>7、采样率：≥8000 Hz</p> <p>8、显示信息：同屏显示 12 道心电波形</p> <p>9、电源：交直流两用</p> <p>10、外部输入接口：USB 接口</p> <p>11、设备内置存储器可存储≥200 份心电图报告</p> <p>12、内置可充电电池，充足后可正常工作时间 60 分钟以上</p> <p>13、中文输入及中文操作提示和中文报告语言</p> <p>14、设备内置记录器，记录纸规格：记录纸规格：热敏记录纸，记录纸宽度 110mm</p>	

二、公告时间

2024年7月10日—2024年7月18日

三、报名时间、地点及方式

1. 时间：2024年7月18日上午11时前

2. 地点：上饶市广丰区中医院设备科

3. 报名方式：

(1) 现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

(2) 外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4. 联系人及联系方式：甘女士 13767373776

5. 所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6. 监督电话：13767385688

四、价格征询会时间、地点

时间：2024年7月18日下午2:30分

地点：上饶市广丰区中医院发热门诊四楼会议室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函及参询资料真实性承诺函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2）；

4、参询产品的参数响应表(据实提供实际参数值，有正/负偏离请标注并予以说明)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供加盖产品生产
厂家公章的原厂详细产品技术参数说明书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

- 6.1 生产企业营业执照（三证合一证）复印件；
- 6.2 生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；
- 6.3 医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；
- 6.4 应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书（包含安装、调试、运行、验收、故障响应时间等），方案合理、可操作。加盖生产厂家及供应商公章。

7、产品业绩材料：需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。

8、参询企业的资质证明材料

- 8.1 营业执照（三证合一证）复印件；
- 8.2 《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；
- 8.3 法人授权委托书、参询代表身份证复印件。
- 8.4 进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

- 1.1 参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。
- 1.2 参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

- 1.3 参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。
- 1.4 参询文件及往来函件均须用中文书写。
- 1.5 参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。
- 1.6 参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

- 1.1 参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。
- 1.2 参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

八、价格征询

- 1.1 价格征询会由卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。
- 1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取 2 名医疗专家、1 名医学装备专家共计 3 名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。
- 1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

- 1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

- 1.2 科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。
- 1.3 质量优先、价格合理、售后有保障。
- 1.4 以综合评价为原则，性价比优先。

上饶市广丰区中医院

2024年7月10日

附表一

参询序号	设备名称	产品注册证名称	产品注册证号	生产厂家	规格型号	报单价(万元)	数量	合计(万元)	参询单位
1									
1.1	主要部件(易损件)								

参询单位：(盖章)

法定代表人或授权代表：(签字)

日期：

附表二

医疗设备参询产品详细配置清单

参 询 序 号	设备名称	产品注册 证名称	产品注 册证号	生产厂家	规格型号	参询单位	配置清单

注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号 1-1，依次类推 1-2、1-3...

参询单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日 期：

附表三：

医疗设备询价产品参数响应表

询价序号：

设备名称：

序号	询价参数	参询参数	响应情况（响应/偏离）	说明

注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。